DIAGON®
Solutions beyond imagination

110791000CHU
Date of issue: 03.06.2024

VALUE SHEET

Dia-CONT I-II

IVD CE

for Coag Line















REFERENCE NO.:		91010; 91020		
LOT NO.:		950224 (REV.1)		
EXPIRY DATE:		2027-02		
DIA-CONT I				
COAGULOMETERS	TEST	UNIT	MEAN	RANGE
COAG LINE (DIAGON)	DIA-PT	SEC	13.2	11.2-15.1
		%	88	66-110
		INR	1.07	0.86-1.29
	DIA-PT LIQUID	SEC	13.1	11.1-15.0
		%	91	68-113
		INR	1.06	0.85-1.28
	DIA-PT R	SEC	10.3	8.7-11.8
		%	96	72-120
		INR	1.02	0.82-1.22
	DIA-PTT	SEC	42.7	36.3-49.1
	DIA-PTT LIQUID	SEC	41.0	34.9-47.2
	DIA-FIB	G/L	2.20	1.76-2.64
	DIA-TT	SEC	28.0	22.4-33.6
	DIA-AT III (FIIA)	%	82	70-94
	DIA-PC CHROM	%	N/A	N/A
	DIA-PS CLOT	%	N/A	N/A
	DIA-LA SCREEN	SEC	N/A	N/A
	DIA-LA CONFIRM	SEC	N/A	N/A
	DIA-LA SCREEN / DIA-LA CONFIRM	RATIO	N/A	N/A
	DIA-DEF II	%	N/A	N/A
	DIA-DEF V	%	N/A	N/A
	DIA-DEF VII	%	N/A	N/A
	DIA-DEF VIII	%	N/A	N/A
	DIA-DEF IX	%	N/A	N/A
	DIA-DEF X	%	N/A	N/A
	DIA-DEF XI	%	N/A	N/A
	DIA-DEF XII	%	N/A	N/A

Diagon Ltd. - Hungary 1047 Budapest, Baross u. 48-52. 1325 Újpest, Pf.41 tel.: (+36 1) 369 6500 fax: (+36 1) 369 6301 e-mail: diagon@diagon.com www.diagon.com

DIAGON
Solutions beyond imagination

110791000CHU
Date of issue: 03.06.2024

VALUE SHEET

for Coag Line















DIA-CONT II				
COAGULOMETERS	TEST	UNIT	MEAN	RANGE
COAG LINE (DIAGON)	DIA-PT	SEC	24.4	19.5-29.3
		%	32	24-40
		INR	2.23	1.78-2.67
	DIA-PT LIQUID	SEC	23.3	18.6-28.0
		%	34	25-42
		INR	2.14	1.71-2.57
	DIA-PT R	SEC	18.6	14.8-22.3
		%	33	25-42
		INR	1.81	1.45-2.17
	DIA-PTT	SEC	83.4	70.9-95.9
	DIA-PTT LIQUID	SEC	87.4	74.3-99.8
	DIA-FIB	G/L	1.19	0.71-1.66
	DIA-TT	SEC	N/A	N/A
	DIA-AT III (FIIA)	%	49	37-62
	DIA-PC CHROM	%	N/A	N/A
	DIA-PS CLOT	%	N/A	N/A
	DIA-DEF II	%	N/A	N/A
	DIA-DEF V	%	N/A	N/A
	DIA-DEF VII	%	N/A	N/A
	DIA-DEF VIII	%	N/A	N/A
	DIA-DEF IX	%	N/A	N/A
	DIA-DEF X	%	N/A	N/A
	DIA-DEF XI	%	N/A	N/A
	DIA-DEF XII	%	N/A	N/A

Diagon Ltd. - Hungary 1047 Budapest, Baross u. 48-52. 1325 Újpest, Pf.41 tel.: (+36 1) 369 6500 fax: (+36 1) 369 6301 e-mail: diagon@diagon.com www.diagon.com