DIAGON
Solutions beyond imagination

110781005AHU
Date of issue: 28.11.2022

VALUE SHEET

Dia-PT5

IVD CE

for Coag Line









REFERENCE NO.:		81025; 81050	
LOT NO.:		951201 (REV.1)	
EXPIRY DATE:		2027-12	
COAGULOMETERS	ISI	MASTER CURVE	
		%	SEC
COAG LINE (DIAGON)	1.19	100	12.6
		50	18.4
		33	24.4
		25	30.0
		MNPT	12.6

MEGJEGYZÉS / IMPORTANT NOTICE

Kérjük, felhasználás előtt írja be a fenti adatokat a koagulométerbe (kövesse a kalibrációs menüt a Kézikönyvben). Nyomtassa ki és archiválja a görbe értékeit. Ez a mestergörbe csak ehhez a gyártási számú Dia-PT5 termékhez használható!

Please enter the following data into the coagulometer (follow calibration menu of the Manual). Print and archive the values of calibration curve. This calibration curve is valid for this lot of Dia-PT5 only!

Diagon Ltd. - Hungary 1047 Budapest, Baross u. 48-52. 1325 Újpest, Pf 41 tel.: (+36 1) 369 6500 fax: (+36 1) 369 6301 e-mail: diagon@diagon.com www.diagon.com